

## 仕 様 書

### 1 総 則

本仕様書は、釧路航空基地(以後、「当基地」という。)が調達する航空機用救命無線機(以後、「ELT」という。)の測定器 1 個買入について適用する。

### 2 件 名

航空機用救命無線機測定器1個買入

### 3 品 目

ELT 性能試験機 SET-501E

### 4 仕 様

下記の要件を満たしていること。

- (1) ELT の測定に特化し、ボタン操作で簡易かつ短時間に下記(2)及び(3)項目の測定が可能であること。
- (2) 121.5MHz 及び 243.0MHz の送信電力及び搬送波周波数が測定可能であること。
- (3) 406.0MHz の送信電力、搬送波周波数、変調速度、送信周期、無変調送信時間及び個体識別コードが測定可能であること。
- (4) 測定結果を活字で確認、保存することができるプリンター機能を付属していること。
- (5) 測定器は小型軽量で、専用の収納箱を付けること。また、本体のサイズは次に示すものの以下であること。 幅 300mm、高さ 100mm、奥行 300mm、重さ 5.0kg
- (6) 故障修理にあつては、日本国内での修理が可能であること。

### 5 同等品の確認

納入する物品が同等品の場合は、事前に同等品であることを証明するカタログ等の資料を添え、担当職員の確認を受けること。

### 6 検 査

納入にあたっては、当基地職員の検査を受けること。

### 7 納入場所

釧路航空基地

## 8 納入期限

令和8年2月27日

## 9 仕様の確認

納入する物品については、応札の前にカタログ等仕様を確認できる資料を添付の上、「仕様確認申請書」を提出し、釧路航空基地長を経由し支出負担行為担当官の承認を得たものとする。

## 10 その他

- (1) 本業履行中に生じた疑義については、当基地担当職員と協議し、その指示に従うこと。

(問い合わせ先)

第一管区海上保安本部 釧路航空基地 通信科

電話 0154-57-4118

- (2) 校正証明書、校正成績書及びトレサビリティー体系図を添付すること。
- (3) 支払い方法は、納入完了後一括払いとする。
- (4) 第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。
- (5) 本仕様書の条件に定めがない事項は、「第一管区海上保安本部入札・見積者心得」に準拠するものとする。